

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. 009/1.1 LE
Data emiterii Anexei nr. 1: 04.07.2013

Laborator de Etalonare

București, Șos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2

aparținând de **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării (INCDMTM)**

Etalonări în localuri permanente

Nr. crt.	Mărime măsurată/ obiect supus etalonării	CMC		Incertitudine de măsurare extinsă	Condiții de măsurare / procedura	Observații
		Domeniul de măsurare				
	MARIMI MECANICE-PRESIUNE			p-valoare masurata		
1	Presiune relativă / Traductoare și transmiere de presiune cu ieșire în tensiune sau curent	-1 x10 ⁵ Pa	la 1 x10 ⁵ Pa	1,0 x10 ² Pa	-/LE-PE-11 ed.1	gaz
		-1 x10 ⁵ Pa	la 20 x10 ⁵ Pa	20 x10 ² Pa		gaz
		0 Pa	la 0,1 x10 ⁵ Pa	0,12 x10 ² Pa		gaz
		0 Pa	la 60 x10 ⁵ Pa	50 x10 ² Pa		gaz
		6 x10 ⁵ Pa	la 60 x10 ⁵ Pa	(50 x p) Pa		lichid
		60 x10 ⁵ Pa	la 120 x10 ⁵ Pa	0,08 x10 ⁵ Pa		lichid
		120 x10 ⁵ Pa	la 1200 x10 ⁵ Pa	(50 x p) Pa		lichid
2	Presiune relativă / Manometre, manovacuumetre și vacuumetre cu indicare analogica sau digitala	-1 x10 ⁵ Pa	la 1 x10 ⁵ Pa	1,0 x10 ² Pa	-/LE-PE-12 ed.1	gaz
		-1 x10 ⁵ Pa	la 20 x10 ⁵ Pa	20 x10 ² Pa		gaz
		0 Pa	la 0,1 x10 ⁵ Pa	0,12 x10 ² Pa		gaz
		0 Pa	la 60 x10 ⁵ Pa	50 x10 ² Pa		gaz
		-1 x10 ⁵ Pa	la 2,5 x10 ⁵ Pa	1,0 x10 ² Pa		gaz, lichid
		0 Pa	la 6 x10 ⁵ Pa	6 x10 ² Pa		gaz, lichid
		0 Pa	la 25 x10 ⁵ Pa	25 x10 ² Pa		gaz, lichid
		6 x10 ⁵ Pa	la 60 x10 ⁵ Pa	(50 x p) Pa		lichid
		60 x10 ⁵ Pa	la 120 x10 ⁵ Pa	0,08 x10 ⁵ Pa		lichid
		120 x10 ⁵ Pa	la 1200 x10 ⁵ Pa	(50 x p) Pa		lichid

Sfârșit document

DIRECTOR GENERAL
Cristian Dorin NICHITA

